管理番号

TB5U69

動作確認チェックシート

（機械の仕様・規格を記入する。）

検査日	2015年 1月 23日				
商品名	HDTV スコープ	電源電圧	3相 [✓ 単相] 115 230 V 120 W		
型式	2467BHD	周波数	~~50~~・[✓ 60] Hz		
メーカー名	テクトロニクス		(48~440)		
機械Ser,No	B050861	使用周波数	max 400MHz		
製造年月	年 月	CH数	2CH 5V~2mV 2CH 0.5/0.1/[illegible]	50Ω/1MΩ 1MΩ	

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎SW類
- (画像設定) INTENSITY, BEAM FIND, READ OUT INTENSITY, SCALE, POWER 確認
- (SET UP) AUTO, SAVE, RECALL, MESUARE 確認
- (CH1~CH4) VERTICAL, HORIZONTAL → POSITION, VOLTS, SEC, AC, DC, GND
- (MODE) CH1~CH4 切替, ADD, INVERT, CHOP/ALT
- (TRIG) HOLD OFF, LEVEL, MODE, SOURCE, COUPLING
- 文字入力, CALIBRATOR 5MHz 確認

◎表示類
- 画面 波形, 周波数, 周期, ΔV, ΔT, 文字 表示 確認

◎動作
- (Agilent 33220A FUNCTION GENERATOR 使用)
  0~20MHz ∿, ⊓⊔, ⋀ 波形観測及び測定
- (NF CK1615 CLOCK SYNTHESIZER 使用)
  100MHz ⊓⊔ 観測及び測定

} OK

取扱説明書(有・[✓ 無])

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力　　　　(備考欄コメント)　　　　[責任者]

動作([✓ OK]・NG)　作業工数[8 H]　　　川上

検査担当者[佐藤]

ユーザー名【　　　】出荷日　年　月　日